



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC

CEP: 89665-000

(49) 3555-6972

www.cisam.sc.gov.br

cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

**AVISO DE ERRATA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023**

1. A presente ERRATA é ora levada a efeito, para retificar parcialmente o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2023.

2. O Presidente do CISAM Meio Oeste torna público, para conhecimento dos interessados:

2.1. Onde se lê, na página 13, Item 16.4:

“Os materiais, após solicitados, deverão ser entregues no prazo de 20 (vinte) dias, sendo passível de medidas administrativas de aplicação de penalidade, serem tomadas.”

Leia-se:

“Os materiais, após solicitados, deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias, sendo passível de medidas administrativas de aplicação de penalidade, serem tomadas.”

2.2. Onde se lê, na página 22, Item 3:

“Especificação do Produto: Conjunto de teste químico colorimétrico que determina a concentração de amônia em água doce dentro de uma faixa de 0.0 a 2.5 mg/L (ppm) como NH<sub>3</sub>-N. Método Nessler.

O conjunto deve ser fornecido com todos os reagentes e equipamentos necessários para realizar aproximadamente 25 testes de amônia em água doce.

Todos os materiais necessários estão incluídos no conjunto, como o copo de amostra, o cubo de comparação de cores e os frascos conta-gotas de reagente.

Leituras de 0.0 a 2.5 mg/L de NH<sub>3</sub>-N são determinadas com resolução de 0.5 mg/L.

Apresentar Validade (critério de recebimento) mínima de 10 meses (a contar da data de entrega).”

Leia-se:

“Especificação do Produto: Conjunto de teste químico colorimétrico que determina a concentração de amônia em uma faixa mínima de 0.1 a 2.5 mg/L (ppm) como NH<sub>3</sub>-N. Método Nessler ou por Reação com salicilato.

O conjunto deve ser fornecido com todos os reagentes e equipamentos necessários para realizar 25 análises de amônia.

Todos os materiais necessários estão incluídos no conjunto, como o copo de amostra (caso necessário), o cubo de comparação de cores (caso necessário) e os frascos conta-gotas de reagente (caso necessário).

Apresentar Validade (critério de recebimento) mínima de 10 meses (a contar da data de entrega).”

3. Ficam mantidos todos os demais termos do Edital.

4. Esta Errata integra o Edital respectivo, para todos os efeitos legais.

**NILVO DORINI**

Presidente CISAM Meio Oeste