

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 8/2021 - PR

CNPJ: 08.484.353/0001-16
ACESSO CIDADE ALTA
C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 8/2021
Processo de Licitação: 8/2021
Data do Processo: 29/06/2021

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos ao CISAM Meio Oeste.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 5 de Julho de 2021, às 14:11 horas, na sede da(o) CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Resolução nº 03/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 8/2021, Licitação nº 8/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: QUANTO AO ITEM 01: NÃO TEVE PROPOSTA E NÃO FOI REGISTRADO. QUANTO AO ITEM 02: ATENDEU AO PREVISTO NO EDITAL, E O PREÇO ESTÁ DE ACORDO COM OS PREÇOS DE MERCADO.

Participante: 272 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI EPP

Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
Capela de Exaustão de Gases em Fibra de Vidro Características: - Carcaça de fibra de vidro, com isolante térmico e elétrico. - Exaustor Itens que compõem a capela: - Porta de PETG (Acrílico) ou de Vidro; - Porta tipo guilhotina com sistema de contra peso; - Lâmpada fluorescente; - Interruptor liga e desliga para acionar lâmpada; - Interruptor liga e desliga para acionar a capela; - Conjunto de tomada 220V (no mínimo duas tomadas). - Deve acompanhar: tubo flexível sanfonado, de diâmetro condizente com a capeta, e peça de metal ou de material polimérico, para conexão da exaustão ao furo na parede. GARANTIA: (mínima de 12 meses). DIMENSÕES MÍNIMAS: Dimensões Externas (L x P x A)mm1120 x 680 x 1100 Dimensões Internas (L x P x A)mm1100 x 630 x 1000 Potência (CV) 0,5 Vazão 600m³/h	UN	1,00	SOLAB	0,0000	3.180,00	3.180,00

Total do Participante -----> 3.180,00

Total Geral -----> 3.180,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 5 de Julho de 2021

COMISSÃO:

LEOMAR EGGERS

..... - Pregoeiro(a)

MATHEUS PINHEIRO MASSAUT

 - Membro

NASSER IBRAHIM

..... - Membro

BRUNA CALEGARI

 - Membro