



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

Capinzal/SC, 30 de maio de 2022

ESCLARECIMENTO nº 01

Pregão Presencial nº 006/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-MO, no uso de suas atribuições legais, referente ao Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 006/2022 – que tem como objeto o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de reagentes e produtos químicos para o laboratório do CISAM Meio Oeste**, ESCLARECE aos interessados, no que tange ao informado da seguinte forma:

Considerando os itens: 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 a faixa de leitura dos produtos deverá ser tal que permita realizar as análises laboratoriais em atendimento as legislações brasileiras. Ou seja,

Item 19 - Conjunto de reagentes para análise de Alumínio Total – deverá possuir LQ igual a 0,2 mg/L ou menor

Item 20 - Conjunto de reagentes para análise de Cianeto Total – deverá possuir LQ igual a 0,005 mg/L ou menor

Item 21 - Conjunto de reagentes para análise de Cloro Residual Livre – deverá possuir LQ igual a 0,02 mg/L ou menor

Item 22 - Conjunto de reagentes para análise de Cloro Residual Total – deverá possuir LQ igual a 0,02 mg/L ou menor

Item 26 - Conjunto de reagentes para análise de Dureza Total – deverá possuir LQ igual a 300,0 mg/L ou menor

Item 27 - Conjunto de reagentes para análise de Fenol – deverá possuir LQ igual a 0,003 mg/L ou menor

Item 28 - Conjunto de reagentes para análise de Ferro Total – deverá possuir LQ igual a 0,3 mg/L ou menor

Item 29 - Conjunto de reagentes para análise de Fluoreto – deverá possuir LQ igual a 0,5 mg/L ou menor

Item 30 - Conjunto de reagentes para análise de Fósforo Total – Faixa Alta – LQ indefinido.

Item 31 - Conjunto de reagentes para análise de Fósforo Total – Faixa Baixa – deverá possuir LQ igual a 0,1 mg/L ou menor

Item 32 - Conjunto de reagentes para análise de Manganês – deverá possuir LQ igual a 0,1 mg/L ou menor

Item 33 - Conjunto de reagentes para análise de Monocloraminas – deverá possuir LQ igual a 4,0 mg/L ou menor

Item 34 - Conjunto de reagentes para análise de Nitrato – deverá possuir LQ igual a 10,0 mg/L ou menor

Item 35 - Conjunto de reagentes para análise de Nitrito – Faixa Alta – LQ indefinido.

Item 36 - Conjunto de reagentes para análise de Nitrito – Faixa Baixa – deverá possuir LQ igual a 1,0 mg/L ou menor

Item 37 - Conjunto de reagentes para análise de Nitrogênio Total – deverá possuir LQ igual a 6,0 mg/L ou menor



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

- Item 38 - Conjunto de reagentes para análise de Sulfato – deverá possuir LQ igual a 2,0 mg/L ou menor
Item 39 - Conjunto de reagentes para análise de Sulfeto – deverá possuir LQ igual a 0,05 mg/L ou menor
Item 40 - Conjunto de reagentes para análise de Surfactantes – deverá possuir LQ igual a 0,5 mg/L ou menor

Para os itens 23, 24 e 25 poderão ser aceitos produtos cujos comprimentos de onda sejam diferentes de 620 nm, desde que sejam apropriados para utilização nos Espectrofotômetros do CISAM Meio Oeste, modelos DR3900 e/ou DR6000.

Por tratar-se de mero erro formal, sendo que não foram alterados quantidades totais ou valores (visto que, foi orçado o valor correspondente a esta especificação), mantem-se a data da realização do certame.

As demais disposições permanecem inalteradas

Leomar Eggers
Pregoeiro